

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета Комплект для забору та транспортування біологічних зразків: 1. Пробірка пластикова 4 мл з транспортним середовищем VLM, 1 мл; 2. Пластиковий аплікатор для забору біологічного зразку (2 аплікатори у комплекті), код ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2021-10-13-005063-с на очікувану вартість – 56000,00 грн.

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №3"
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Строк надання послуг: до 10.12.2021 року.

Обсяг (кількість) послуг: 2000 шт.

Місце постачання: Україна, Харківська область, Харків, 61099, вул. Рибалка, 12.

Очікувана вартість предмета закупівлі – 56000,00 грн.

Мета закупівлі – проведення ранньої діагностики захворюваності на COVID-19 (транспортування зразків).

Технічні та якісні характеристики щодо предмета закупівлі:

Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, в оригінальній упаковці. При поставці товару повинна дотримуватися цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника. Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

Кожна партія товару повинна супроводжуватися видатковою накладною та діючими документами, що підтверджують якість товару дійсні на території України.

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Відповідність (так, ні)
1.	Комплект для забору та транспортування біологічних зразків: 1. Пробірка пластикова 4 мл з транспортним середовищем VLM, 1 мл; 2. Пластиковий аплікатор для забору біологічного зразку (2 аплікатори у комплекті)	шт	2000	так
1.1	Матеріали	Матеріал пробірки - ПВХ. Кришка щільно закривається, має гумовий ущільнювач, що унеможливує проливання рідини при транспортуванні. Розмір 13x75 мм Матеріал аплікатору - полістирол Довжина виробу 175 мм Має лінію злому під розмір пробірки. Матеріал робочої частини - дакрон Стерильні, нетоксичні, апірогенні.		
1.2	Температурний режим	Продукт має зберігатися в оригінальній тарі при температурі не вище 25 °С		
1.3	Термін зберігання	Термін зберігання складає 24 місяці з моменту виготовлення, у разі дотримання умов зберігання		
1.4	Стерильність	Стерильно. Комплект проходить радіаційну стерилізацію		

Уповноважена особа



Ю.М. Кирилко